

利用者ならびに関係各位

2023年 4月

微量元素分析 依頼分析の再開

自然科学研究支援開発センター 機器共用・分析部門

平素より当施設の活動にご協力いただきありがとうございます。

機器分析棟（東広島）の微量元素分析装置は、これまで担当者不在で長らく分析出来ておりませんでした。装置機能修理での本来性能確認、測定再現運用の確立、及びヘリウムガス調達等の消費材準備が整いましたので依頼分析を再開いたします。

なお、今後もヘリウムガス調達は不安定な状況が見込まれ、また都度装置メンテナンスを行いますので測定開始までお時間を頂く場合がございます。何卒御了承願います。

（当該装置のメーカーサポートとパーツ供給は縮小されており、現在1台稼働の装置はデリケートな扱いが必要ですので、直接測定の再開は回避しております。）

微量元素分析の依頼測定をお申込みになる方は、

微量元素分析システム使用申込書（依頼用）

http://www.kiki.hiroshima-u.ac.jp/kiki/shorui/genso_i.xlsx

を準備の上、装置担当へメール（又は電話）頂き、担当と調整後に予約をお願いします。

【依頼測定担当者連絡先】

自然科学研究支援開発センター 北野 幸一

内線（東広島） 7486

kitanok@hiroshima-u.ac.jp

どうぞよろしくお願い申し上げます。